

Nombre del alumno:

López Vázquez Osvaldo Rafael

Materia:

Práctica clínica de enfermería I

***Grado: 6to cuatrimestre grupo:
"B"***

Docente:


MARCOS JHODANY

ARGUELLO GALVEZ

Carrera:

Lic. En enfermería general

Esterilización con vapor.



Ventajas

Es una opción válida para materiales termo sensible

Esterilizante eficaz

No deja residuos tóxicos -
Se convierte en H₂O y O₂

El material no precisa aireación

Los ciclos son cortos 54 o 72 min

Monitorización y registros adecuados

Inconvenientes

La capacidad de difusión es muy baja

Se inactiva en presencia de humedad; el material

No puede esterilizarse material que contenga celulosa, algodón, madera

Requiere envases especiales de Tyvek