



Nombre del alumno: Diana Paola Sánchez García

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: Mapa conceptual



Materia: Práctica clínica de enfermería

Grado y grupo: 6-A

Comitan De Dominguez Chiapas a 10 de junio de 2023.

Generalidades de la central de equipos y esterilización

Sus requisitos

De espacio:

1m² por cada como de infraestructura

Mecánicos

Energía, agua y vapor
aire comprimido,
nitrógeno y sistemas de vacío, sistemas de deslizado para limpieza y alimentación del autoclave de vapor

Pisos y paredes:
Alacilables lavables sin ángulos expuestos

Temperatura y humedad
18°C - 25°C con humedad 35-50%.



Dilatas:
Profundas.

Se encarga de

Prevención de infecciones nosocomiales además de recoger y recibir los objetos y equipos usados durante la atención paciente, procesarlo, almacenarlo y distribuirlo en todo el hospital

Con:

Circulación restringida, con acceso a todos los servicios mediante un corredor

De:

Área de almacenamiento de material

Área sucia

Área limpia

limpios y secos

Se divide en:



Área técnica:

- Limpieza y descontaminación del material

Área adminis. trabajo

Área de apoyo

Separado con:

Barrera física de los otros áreas

- Preparación
- Procesamiento
- Depósito

Área de acondicionamiento:
enpaquetamiento, esterilización de material

BIBLIOGRAFÍA

- UDS. (10 de junio de 2023). Plataforma Educativa UDS. Obtenido de Plataforma Educativa UDS:
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/d65c8ffe772a67f83d3673f118bfd4f0-LC-LEN506%20PRACTICA%20CLINICA%20DE86%ENFERMERÍA.pdf>