

Universidad Del Sureste

Licenciatura en Enfermería



Materia:

Practica clínica de Enfermería I

Docente:

Aridne Danahe Vicente Albores

Actividad:

Mapa conceptual Generalidades de la CEYE

Alumno:

Abigail Yamileth Ortiz Cabrera



Generalidades de la CEYE

Se recomienda

Una desinfección del lugar mínimo cada quince días con un desinfectante efectivo que logre una limpieza profunda y completa

Cuenta con Su



Características Físicas

Estás son

Almacenamiento

Debe contar con
Debe contar con

Bibliografía

<https://yoamoenfermeriablog.com/2018/02/23/ceye-central-de-esterilizacion/>

Piso, paredes, techos y plafones de materiales fáciles de conservar y limpiar

Iluminación Artificial

Ventilación Mecánica

Dimensiones Físicas

° La estantería del material ubicada en el área estéril con anaqueles con puertas corredizas de cristal con una altura de 46 CM debajo del techo y de 20 a 25 cm por encima del suelo

° Condiciones óptimas

° Una limpieza que deben ser extrema

° Áreas de almacenamiento con entrada restringida

Debe estar
Dispuesta de tal manera que no permita tener sombras.

Es
Indispensable, debido a la producción, escape de calor y valor de agua y a la producción de pelusas de gasas ropa y papel

Están en
Función del tipo y modelo de cada unidad hospitalaria

° Deben de evitarse las corrientes de aire



Tipos de área

Área Roja

Área Azul

Área Verde

Recepción de material sucio

Recepción de material Limpio

Descarga de material esterilizado

Correcto almacenamiento

Clasificación y descontaminación

Preparación del material

Distribución de material estéril

Embalaje de material

Despacho del material

