



Nombre:

Gabriela cruz escobar

Cuatrimestre Y Grupo:

6to Cuatrimestre grupo A

Carrera:

Lic. en Enfermería

Asignatura:

Práctica clínica en enfermería

Trabajo :

Mapa conceptual

Docente:

Lic. Ariadne Danahe Vigentes Albores



C.E.Y.E

Se recomienda

Una desinfección del lugar mínimo cada quince días con un desinfectante efectivo que logre una limpieza profunda y completa.

Cuenta con

Características Físicas

Su

Almacenamiento



Estas son

Debe contar con

Pisos, paredes, techos y plafones de materiales fáciles de conservar y limpiar.

Iluminación Artificial

Debe estar

Dispuesta de tal manera que no permita tener sombras.

Ventilación Mecánica

Es

Indispensable, debido a la producción, escape de calor y vapor de agua y a la producción de pelusas de gasas, ropa y papel.

Dimensiones Físicas

Están en

Función del tipo y modelo de cada unidad hospitalaria.

- La estantería del material ubicada en el área estéril con anaqueles con puertas corredizas de cristal, con una altura de 46cm debajo del techo y de 20 a 25 cm por encima del suelo.

- Deben de evitarse las corrientes de aire.

- Condiciones óptimas.
- Una limpieza que debe ser extrema.
- Áreas de almacenamiento con entrada restringida.