



**NOMBRE DEL
ALUMNO:
ALESANDRO
ROBLEDO
HERRERA**

**NOMBRE DEL
DOCENTE:
ARIADNE
ALBORES**

**CARRERA:
LICENCIATURA
EN ENFERMERIA**

**TRABAJO:
GENERALIDADES
DE LA CEYE**

**FECHA: 14 DE
MAYO 2024**

**LUGAR:
TAPACHULA
CHIAPAS**

ESTERILIZACION

Esterilización: Proceso mediante el cual se destruyen todas las formas de vida microbiana, incluyendo las esporas, por medio de vapor y presión. Contar con el instrumental adecuado en cantidad según se requiere para el procedimiento específico.

DESINFECCION

CEYE: Se recomienda realizar una desinfección del área con una periodicidad máxima de quince días, con un desinfectante efectivo que logre una limpieza profunda y completa, aún en la desinfección ambiental de alto riesgo microbiano, que ejerza su acción frente a bacterias grampositivas

GENERALIDADES DE LA CEYE

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Lavado: el instrumental debe desmontarse y sumergirse en una solución/formulación detergente - desinfectante. Después de la fase de inmersión, el instrumental debe limpiarse con cepillos suaves para eliminar posibles restos de sustancias orgánicas e inorgánicas.

DISTRIBUCION DE EQUIPO

será preferentemente en forma de "U" para respetar el ciclo "Sucio, limpio, estéril", con un mínimo de siete áreas específicas; no necesariamente deben ser distribuidas en forma de "U", sino en cualquier otra forma, pero respetando el ciclo mencionado, sin que éste se cruce.²³

ALMACENAMIENTO

almacén estéril es un espacio dedicado para almacenar materiales médicos o quirúrgicos que han sido esterilizados. Este material incluye instrumentos quirúrgicos, ropa de cama, suministros médicos y otros elementos que deben estar libres de microorganismos para evitar la contaminación cruzada y la infección

