



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Evelin Aguilar García

Nombre del tema : técnica spaluding

Parcial : 4

Nombre de la Materia : Enfermería médico quirúrgico

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura : Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: 5to cuatrimestre

CLASIFICACIÓN SPAULDING

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL

NO CRÍTICO

EJEMPLO:
OTOSCOPIO



EL INSTRUMENTAL O DISPOSITIVOS ESTÁN EN CONTACTO CON LA PIEL INTACTA. ESTE TIPO DE MATERIAL DEBE LIMPIARSE CON BAJO NIVEL DE DESINFECCIÓN.



SEMICRÍTICO

EJEMPLO:
ENDOSCOPIO



EL INSTRUMENTAL O DISPOSITIVOS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS MUCOSAS NO PENETRANDO PIEL INTACTA. PRECISAN DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL.



CRÍTICO

EJEMPLO:
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO



EL INSTRUMENTAL O DISPOSITIVO ENTRA EN CONTACTO DIRECTO CON TEJIDO ESTÉRIL O EN EL SISTEMA VASCULAR.

