



Mi Universidad

PLATAFORMA

Nombre del Alumnos:

Nombre del tema: terapia de infusión intravenosa

Parcial: 3er parcial

Nombre de la Materia: calidad en los servicios de enfermería

Nombre del profesor: María Del Carmen Lopez Silva

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería Grupo B

Cuatrimestre: octavo Cuatrimestre

Planteamiento del problema

Identificación del problema:


¿Cuál es el principal problema que presentan los pacientes con venoclisis instalada en el área de urgencias en un hospital?

Se observa en ciertos casos de pacientes con venoclisis instalada, el regreso de sangre hacia la manguera, lo que podría indicar una serie de problemas, lo principal sería la falta de vigilancia al equipo de venoclisis, una mala posición del catéter o un mal funcionamiento del equipo. Esto podría comprometer la efectividad de la infusión y aumentar el riesgo de complicaciones como infecciones, dolor, edemas o tromboflebitis.

CONCLUSION

La vigilancia de la venoclisis instalada es crucial monitorear de manera constante la condición del paciente, asegurando que el acceso venoso esté funcionando correctamente y sin complicaciones, como infecciones, flebitis, fuga de un líquido o obstrucción del flujo. Además, se deben verificar periódicamente los parámetros del infuso, como la velocidad y la cantidad, para evitar errores en la administración.

Una vigilancia adecuada implica una evaluación continua del sitio de la venoclisis, el estado general del paciente y la observación de posibles reacciones adversas a los medicamentos o líquidos administrados, la correcta vigilancia de la venoclisis instalada no solo optimiza la eficacia del tratamiento, sino que también reduce los riesgos asociados, contribuyendo al bienestar y seguridad del paciente.



BIBLIOGRAFIA

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=24973d6085f102b44b0c3f7166f4f2b946074dac00727105a4a728727b62118eJmltdHM9MTc0MTIxOTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=300da748-5860-696d-1209-b2ef594568ae&psq=VENOCLISIS&u=a1aHR0cHM6Ly9jaXJ1Z2lhLmZhY21lZC51bmFtLm14L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzL1ByZXNlbnRhY2nDs24tQ2FuYWxpemFjacOzbi1WZW5vc2EtUGVyaWbDqXJpY2EtQWN0Li1NYXJ6by0yMDIwLnBkZg&ntb=1>

Venopunción periférica o venoclisis

Ciclo de Deming: Metodología de mejora continua | PDCA - PHVA

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2df4e55f55e9c6757bdd36934d1d799adf8f7882d4a6660c268f5bb85958fd44JmltdHM9MTc0MTIxOTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=300da748-5860-696d-1209-b2ef594568ae&psq=CICLO+DE+DERMING&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaW5nZW5pZXJpYWRLY2FsaWRhZC5jb20vMjAyMC8wMi9jaWNsby1kZS1kZW1pbmcuaHRtbA&ntb=1>

